

GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICZWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu
Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660



Nr sprawy: FZ/6090/SK/25/SO

Katowice, dn. 16.01.2025r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na dostawę materiałów laboratoryjnych

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na stronie internetowej GIG-PIB w/w wstępnego zapytania ofertowego, informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIE:

Dzień dobry,

Proszę o udzielenie informacji dla poniższych pozycji do wyceny:

Poz.37 Bibuła filtracyjna jakościowa w arkuszach (460x570mm), filtracja średnia (czas filtracji 88 s), op. 100 szt.
proszę o podanie nr katalogowego i producenta

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Przykładowy producent i artykuł: Producent LLG Labware nr LLG 9.045 810

PYTANIE:

Poz.50 butelki mają wysokość 164 mm, proszę o zmianę zapisu

Reagent Bottle Wide Neck, Amber from Soda-lime Glass

neck with standard ground joint



A maximum usage temperature of + 100 °C is recommended. Thermal shock resistance 30 K. Hydrolytic class 3. Note on using DURAN® glass stoppers with soda-lime glass bottles: If the bottle and the stopper have a temperature difference greater than 30 °C, the glass stoppers can become stuck!

Cat. No.	Capacity (mL)	Neck	d (OD) (mm)	h (mm)	Pack Unit
with standard ground glass flat-head stopper					
23 188 24 07	100	29/22	52	97	10
23 188 36 09	250	34/24	71	129	10
23 188 44 08	500	45/27	86	164	10
23 188 54 04	1000	60/46	107	200	10
without stoppers					
23 187 24 06	100	29/22	52	97	10
23 187 36 08	250	34/24	71	129	10
23 187 44 07	500	45/27	86	164	10
23 187 54 03	1000	60/46	107	200	10

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nowy opis: Butla ze szkła sodowo-wapniowego, bursztynowa, szeroka szyjka, z korkiem, szlif 45/27 NS, poj. 500 ml, wys. min. 164 mm

PYTANIE:

Poz.65 Kolby posiadają korek PE, czy można zmienić zapis?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Poz. 65 to końcówki do pipet; pytanie dotyczy zapewne poz. 66.

Nowy zapis: Kolba miarowa ze szkła typu DURAN, kl. A, poj. 100 ml, szlif NS 14/23, z korkiem z PE, wys. 170 mm, niebieska podziałka

PYTANIE:

poz.97 czy odpowiednia będzie kolba Englera Duran 216542808

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ze względu na konieczność zagwarantowania kompatybilności i dokładności pomiarów, Zamawiający wymaga oryginalnego wyposażenia szklanego oferowanego przez producenta urządzenia

PYTANIE:

poz.98 czy można zaoferować cylinder miarowy 5 ml?, jaka dokładność?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ze względu na konieczność zagwarantowania kompatybilności i dokładności pomiarów, Zamawiający wymaga oryginalnego wyposażenia szklanego oferowanego przez producenta urządzenia

PYTANIE:

poz.99 czy można zaoferować cylinder miarowy 100 ml?, jaka dokładność?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ze względu na konieczność zagwarantowania kompatybilności i dokładności pomiarów, Zamawiający wymaga oryginalnego wyposażenia szklanego oferowanego przez producenta urządzenia

PYTANIE:

Dla pojemników z poz.78 pojemniki 500 ml, mają wysokość 91mm, te 625 ml, są wyższe, które będą odpowiednie?

2-2180 Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką 500 ml 91 x 90 mm 9 szt.

2-2181 Okrągłe pojemniki z gwintową pokrywką 625 ml 114 x 90 mm 9 szt

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zmiana opisu: Pojemnik, biały, wykonany z PP, z czerwoną zakrywką nakręcaną, poj. 500 ml, śr. min. 75 mm, wys. min. 90 mm, op. 9 szt.

Informujemy, iż termin składania wstępnych ofert nie ulega zmianie i upływa dnia 17.01.2025r.

*Z poważaniem,
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów*

mgr Monika Wallenburg