

**GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660



ZO/2025/00011

Zakup będzie realizowany z projektów:

Opracowanie kluczowej technologii wytwarzania wysokowartościowych materiałów węglowych z komunalnych osadów ściekowych metodą hydrotermalnej karbonizacji w połączeniu z flotacją powietrzną  
(Akronim: HYDROCARB)



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach III konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-chińskiej (2022)

Projekt o akronimie HydroMine, pt. „Opracowanie procesu rafinacji odpadów komunalnych ukierunkowanego na wytwarzanie wodoru w oparciu o nowatorski proces zgazowania otworowego w połączeniu z zaawansowanymi technikami separacji gazów”



Współfinansowane przez  
Unię Europejską



Projekt finansowany w ramach Funduszu Badawczego dla Węgla i Stali na podstawie Porozumienia grantowego nr: 101112629 - HydroMine

Nr sprawy: FZ/6090/SK/25/SO

Katowice, dn. 07.02.2025r.

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę materiałów laboratoryjnych**

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na stronie internetowej GIG-PIB w/w zapytania ofertowego, informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które podajemy odpowiedzi poniżej:

**PYTANIE nr 1:**

*Dzień dobry,*

*W związku z prowadzonym postępowaniem proszę o pilne udzielenie wyjaśnień dotyczących pozycji 96. Formularza ofertowego, tj. Aceton. Poniżej uzasadnienie:*

*W pozycji 96. Wskazano produkt: Aceton czysty, techn., op. 5 l z tworzywa, o parametrach nie gorszych niż wymienione. Wszystkie parametry, poza zawartością, odpowiadają produktowi XXX nr kat. XXX oraz jego odpowiednikowi XXX nr kat. XXX, firmy XXX. Z kolei wskazana zawartość 99,9% jednoznacznie zaprzecza podanemu opisowi, tj. Aceton czysty, techniczny, ponieważ wskazuje na produkt o wysokiej czystości, np. HPLC. Niestety żadnego dostępnego na rynku produktu o czystości 99,9% HPLC nie można dopasować do pozycji 96, ponieważ odczynniki o tak wysokiej czystości występują w opakowaniach szklanych 2,5 l lub maksymalnie 4 l, w postępowaniu natomiast wskazano wyraźnie opakowanie 5 l z tworzywa (a to z kolei odpowiada produktom o słabszej czystości niż HPLC). Wskazana pozycja skonstruowana jest w taki sposób, że nie można jednoznacznie wskazać produktu, który odpowiada Państwa wymaganiom, cechy wzajemnie się wykluczają. Proszę o pilne udzielenie wyjaśnień.*

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Zamawiający omyłkowo wpisał zawartość 99,9%. Dla acetonu technicznego typowa zawartość jest na poziomie 99%, stąd Zamawiający dopuszcza w poz. 96 aceton o zawartości min. 99.0%.**

**GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY**

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

**T:** 32 259 20 00, **F:** 32 259 65 33, **E:** gig@gig.eu, www.gig.eu

**Konto:** 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

**Regon:** 000023461, **NIP:** 6340126016, **KRS:** 0000090660



**PYTANIE nr 2:**

*Dzień dobry,*

*W związku z prowadzonym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi:*

1. Poz. 36 – Czy Zamawiający miał na myśli sączki o średnicy 110mm? Na rynku brak dostępnych sączków, spełniających wskazane kryteria i posiadających średnicę 100 mm.
2. Poz. 37 – Proszę o weryfikację czasu filtracji. W przypadku filtracji średniej, czas przepływu powinien wynosić ok. 35 s.
3. Poz. 82, 83, 84 – Czy Zamawiający akceptuje zmianę materiału wykonania złączy z PP na bardziej odporny HDPE?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO:**

**Ad. 1 - Zamawiający dopuszcza średnicę 110 mm**

**Ad. 2 - Zamawiający dopuszcza czas filtracji 35 s.**

**Ad. 3 - Zamawiający dopuszcza zmianę materiału z PP na HDPE**

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, informujemy, iż dokonaliśmy zmian w treści zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia) oraz termin składania ofert w niniejszym postępowaniu ulega zmianie i zostaje przedłużonym do dnia **11.02.2025r. do godziny 10:00.**

*Z poważaniem,  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów*

**mgr Monika Wallenburg**