

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 10.12.2025 r.

Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej

I. Informacje ogólne.

1. Zamawiający: **Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy.**
2. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320).

II. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń i stanowisk w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego.

Zamawiający wymaga serwisowania następujących urządzeń:

- Stanowisko do badania samozapalności węgla metodą testu adiabatycznego,
- Stanowisko do badania wysokotemperaturowego zagrzewania węgla w zakresie temperatur do 750°C,
- Stanowisko do powolnego zagrzewania węgla i do oznaczenia gazów wydzielających się w trakcie tego procesu,
- Stanowisko do określenia wzorcowego przebiegu procesu wychładzania węgla przy inertyzacji azotem w zakresie temperatur od 350°C do temperatury pierwotnej górotworu,
- Stanowisko do oceny wpływu temperatury pierwotnej górotworu na desorpcję gazów ze złoża węgla komora próżniowa zestawu pompowego z pompą turbo-molekularną,
- Zagęszczacz do precyzyjnego oznaczania gazów - propan, butan,
- Zagęszczacz do precyzyjnego oznaczania gazów - etan, etylen, acetylen,
- Zagęszczacz do precyzyjnego oznaczania gazów - wodoru,
- Stanowisko do oczyszczania z pozostałości gazów kopalnianych z worków Tedlara,
- Osprzęt do usprawnienia produkcji worków Tadmara.

Ponadto w zakres zamówienia wchodzi serwis urządzeń służących do wykonywania analiz chemicznych prób gazów pobieranych przez służby kopalniane

- Chromatograf gazowy GC-14 BPTF
- Chromatograf gazowy TYP HP6890
- Chromatograf gazowy AGILENT 6890N
- Chromatograf gazowy AGILENT 7890A
- Chromatograf gazowy Z DETEKTOREM MAS
- Chromatograf gazowy SHIMADZU GC-2014 ATT
- Chromatograf gazowy GC 7890B-TDS AGILENT

- Chromatograf gazowy SHIMADZU GCMS QP2020
- Chromatograf gazowy SHIMADZU GC-2014

Ww. urządzenia są wykorzystywane przez Laboratorium BD-3 i Pracownię BD-1 Zakładu Aerologii Górniczej podczas wykonywania prac badawczo-usługowych, takich, jak:

- Ocena wpływu temperatury pierwotnej górotworu na desorpcję gazów ze złoża węgla
- Wyznaczenie, ze względu na zagrożenie pożarowe, krytycznej grubości warstwy węgla i najwyższej dopuszczalnej zawartości tlenu w gazach zrobowych.
- Wyznaczenie minimalnego postępu ściany ze względu na zagrożenie pożarem endogenicznym
- Określenie wzorcowego przebiegu zmian izotopów pary wody ciężkiej w procesie niskotemperaturowego zagrzewania węgla w zakresie temperatur od 50°C do 110°C
- Określenie wzorcowego przebiegu procesu zagrzewania węgla w oparciu o model kulistego rozkładu temperatur od 35 do 350°C w ognisku samozagrzewania
- Określenie wzorcowego przebiegu procesu wychładzania węgla przy inertyzacji azotem w zakresie temperatur od 350°C do temperatury pierwotnej górotworu.

W zakres usług serwisowych wchodzi:

1. Serwisowanie urządzeń:
 - a) przeglądy okresowe:
 - sprawdzenie i kalibracja układu pomiarowego,
 - sprawdzenie i regulacja układu sterowania,
 - b) przeglądy bieżące:
 - wymiana zużytych elementów,
 - kalibracja układu pomiarowego,
 - kalibracja układu sterowania,
 - kontrola sprawności działania mieszaczy,
 - wymiana/naprawa niesprawnych elementów,
 - c) uruchamianie cykli badawczych,
 - d) udział w kilkudniowych badaniach prowadzonych w dni robocze,
 - e) udział w badaniach długoterminowych (powyżej tygodnia - nadzór przynajmniej 2 razy na dobę),
 - f) nadzór techniczny nad przebiegiem pomiarów.
2. Naprawy w trybie awaryjnym - dostępność na telefon i rozpoczęcie naprawy w przeciągu 2-5 godzin (części zamienne zapewnia Zamawiający).
3. Doradztwo techniczne.

Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

W przypadkach, gdy po wykonaniu przedmiotu umowy ujawnią się wady, Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zgłoszenia wad.

Wykonawca w trakcie trwania umowy musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Za wszystkie wykonane czynności Wykonawca ustali miesięczną ryczałtową cenę która nie będzie ulegała zmianie przez okres trwania zamówienia.

III. Osoba do kontaktów z Wykonawcą.

Marek Więckowski, tel. 32/259 25 64 , e-mail: mwieckowski@gig.eu

Piotr Hachuła, tel. 32/ 259 26 47, e-mail: phachula@gig.eu

IV. Wymagania dotyczące Wykonawców i oferty.

1. Wymagany termin ważności oferty: 30 dni od daty złożenia.
2. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy.
W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
5. Dokumenty, które należy dołączyć do oferty:
 - a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy)
 - b) podpisana informacja RODO – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

V. Warunki płatności.

1. Wynagrodzenie wypłacane będzie Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w umowie, w terminie do 30 dni od daty wpływu do GIG-PIB prawidłowo wystawionej faktury na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru, podpisanego przez obie strony.
2. Wykonawca wystawiać będzie ryczałtową fakturę za wykonane czynności 1 raz w miesiącu.

VI. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty.

1. Jedynym kryterium oceny ofert będzie łączna cena brutto = 100%/.
2. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę o najniższej cenie, która spełnia wszystkie wymagania określone w *Opisie przedmiotu zamówienia* oraz warunkach udziału.
3. Informujemy, że w przypadku zaakceptowania Państwa oferty zostaniecie o tym fakcie powiadomieni i zostanie wdrożone przygotowanie umowy/zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania ofert.

1. Ofertę według załączonego wzoru należy złożyć do dnia: **16.12.2025 r. godzina 11:00**

2. Ofertę można złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:
Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy
Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice,
e-mail: phachula@gig.eu
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdej chwili, bez podania przyczyny.
4. Zamawiający informuje, iż ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego rozeznania rynku do dnia, w którym upłynie termin składania ofert.
5. Zamawiający na etapie oceny ofert ma prawo zwrócić się z pytaniami do wykonawcy w celu wyjaśnienia treści oferty. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenie wyjaśnienie w terminie wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

VIII. Termin wykonania zadania.

Wykonanie zamówienia – od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r.

IX. Załączniki.

1. Formularz oferty.
2. Informacja RODO

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

.....
pieczęć firmowa Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko Wykonawcy:

.....

Adres:

NIP:

Nr tel.:.....

Adres e-mail:

OFERTA

z dnia

Zapytanie ofertowe na:

**Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w Laboratorium
Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej**

1. Oferujemy wykonanie usług serwisowych w okresie **1 miesiąca** za następującą cenę ryczałtową:
Cena nettoVAT% (wartość VAT.....) = brutto.....
/słownie brutto/,
Wartość oferty w okresie 12 miesięcy:
nettoVAT% (wartość VAT.....) = brutto.....
/słownie brutto/.
2. Oświadczenie Wykonawcy:
 - 2.1 Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia.
 - 2.2 Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu ofertowym.
 - 2.3 Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty.
 - 2.4 Oświadczam, że uznaję się za związanego treścią złożonej oferty, przez okres 30 dni od daty jej złożenia.
 - 2.5 Oświadczam, że znane mi są zasady wyboru Wykonawcy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
 - 2.6. W związku z art. 7 ust. 9 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 niniejszej ustawy

.....
(miejscowość, data)

.....
(podpis)

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **„Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej”**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania oraz w związku z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących danych osobowych (RODO) informuję co następuje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: **Główny Instytut Górnictwa Państwowy Instytut Badawczy, Plac Gwarków 1; 40-166 Katowice;**
- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem e-mail: gdpr@gig.eu, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
„Świadczenie pogwarancyjnych usług serwisowych urządzeń w Laboratorium Samozapalności Węgla Zakładu Aerologii Górniczej”

prowadzonym w trybie: **zapytania ofertowego;**

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego w związku z jawnością postępowania.
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych⁽¹⁾;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO⁽²⁾;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

⁽¹⁾**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

⁽²⁾**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego