



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ GIG

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4878/SK/17/SM

Katowice, dn. 02.03.2018 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na **dostawę drukarek 3D**.

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania przetargowego, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), podaje odpowiedź poniżej:

Pytanie:

Szanowna Pani,

zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie wielkości pola roboczego drukarek 3D. W branży przyjmuje się podawanie wymiarów w mm, czy podane wymiary w przetargu:

1. min. 400x400x500 cm
2. min. 200x120x250 cm

są poprawne czy też wkraść się błąd i powinny być:

1. min. 400x400x500 mm
2. min. 200x120x250 mm

Będę wdzięczna za przesłanie odpowiedzi. Ten parametr ma znaczący wpływ na cenę oferowanego urządzenia, stąd nasza prośba o wyjaśnienie.

Odpowiedź Zamawiającego:


Zamawiający informuje, iż prawidłowe wielkości pola roboczego to:

- dla drukarki PPP (część I) **min. 400x400x500 mm**
dla drukarki SLA/DPP (część II) **min. 200x120x250 mm**

W związku z powyższym Zamawiający dokonał zmiany opisu przedmiotu zamówienia dla części I i II (**zmiany w SIWZ zostały zaznaczone na czerwono**).

Jednocześnie Zamawiający zawiadamia, iż termin na składanie ofert nie ulega zmianie, tj. upływa dnia **09.03.2018 r. o godz. 10⁰⁰**.

*Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Przetargowej*


mgr Monika Wallenburg