



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** BRE Bank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ I TABLICĘ OGŁOSZEŃ

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4292/SK/15

Katowice, dn. 04.03.2015 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę:**

- CZĘŚĆ I - Drobno sprzętu laboratoryjnego, odczynników oraz wzorców**
- CZĘŚĆ II - Rurek sorpcyjnych wraz z akcesoriami do poboru próbek gazowych**
- CZĘŚĆ III - 4 rotametrów stołowych**
- CZĘŚĆ IV - Materiałów eksploatacyjnych do chromatografu gazowego**
- CZĘŚĆ V - Drobno sprzętu warsztatowego**
- CZĘŚĆ VI - Profili aluminiowych wraz z osprzętem**

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W związku ze złożonymi przez firmy zapytaniami w dniach 02. i 03.03.15 r., zgodnie zapisami art. 38, ust. 1, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), Zamawiający odpowiada:

PYTANIA Z DNIA 02.03.2015 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO I CZĘŚCI – Drobny sprzęt laboratoryjny, odczynniki oraz wzorce

PYTANIA ZŁOŻONE PRZEZ FIRMĘ:

Pytanie 1: Poz. 6,7,8- Czy Zamawiający ma na myśli butelkę PP z szeroką szyją oraz nakrętką PP ? Jeżeli nie to proszę o przykładowy numer katalogowy oraz producenta w celu zidentyfikowania produktu.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie dopuszcza dostawy butelki. Pojemnik powinien mieć kształt jak w załączonym zdjęciu.





G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** BRE Bank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Pytanie 2: Poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kuwety stal nierdzewna szer.160, dł. 225, wys. 14 mm ?

Zamawiający odpowiada:

Nie

Pytanie 3: Poz. 23 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kuwety stal nierdzewna szer.190, dł. 285, wys. 18 mm ?

Zamawiający odpowiada:

Nie

Pytanie 4: Poz. 24 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kuwety stal nierdzewna szer.245, dł. 340, wys. 19 mm ?

Zamawiający odpowiada:

Nie

Pytanie 5: Poz. 58 Proszę o wyjaśnienie jakiego produktu Zamawiający oczekuje ? Naczynka wagowe czy łódeczki Kjeldahla czy papier pergaminowy ?

Zamawiający odpowiada:

Łódeczki wagowe Kjeldahla; Szer. 10 mm, Dł. 55 mm, Wys. 10 mm; Szt./op. 100. Materiał – papier pergaminowy nie zawierający azotu.

Pytanie 6: Poz. 117-119 – Proszę podać model i producenta wyparki oraz kształt kolby i szlif w celu dobrania prawidłowej kolby.

Zamawiający odpowiada:

Ingos RVO 004, kolba okrągłodenna, Szlif 29/32 NS

Pytanie 7: Poz.130 – Proszę o podanie średnicy butli w celu dobrania właściwego nosidła.

Zamawiający odpowiada:

Wymiary nosidła Śr.wewn.130 mm, Wys.110 mm



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** BRE Bank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

PYTANIA ZŁOŻONE PRZEZ KOLEJNĄ FIRME:

Pytanie 1. Część I, dotyczy poz. 8

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska odnośnie objętości pojemników z PP?
Tym samym proponujemy zapis " Pojemnik z PP, zakrywką nakręcaną z PP, poj. 1000ml"

Zamawiający odpowiada:

Nastąpiła omyłka. Prawidłowy zapis to 1000 ml.

Pytanie 2. Część I, dotyczy poz. 20

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska odnośnie wysokości lejka?

Tym samym proponujemy zmianę „Lejek filtracyjny, szkło Duran, śred. 70, wys. 120mm”?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający utrzymuje wys.125 mm

Pytanie 3. Część I, dotyczy poz. 75

Prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w zakresie średnicy szczotki?

Tym samym proponujemy zapis: Szczotka do mycia z główką 50x110mm” 2 szt.

Zamawiający odpowiada:

Nastąpiła omyłka. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jw.

Pytanie 4. Część I, dotyczy poz. 81

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę płytek do preparatywnej TLC, żel krzemionkowy, 20x20cm, grubość warstwy 0,5 mm, ze wskaźnikiem fluoryzującym?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5. Część I, Dotyczy poz. 89

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dostawę oleju silikonowego do łaźni 340 C?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający wyraża zgodę



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO WZORU UMOWY

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** BRE Bank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Dotyczy § 5 ust. 12 ust. 3 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 12 ust. 3 umowy na: „odstąpić od umowy, w przypadku gdy wada uniemożliwia normalne korzystanie z przedmiotu umowy.”

Uzasadnienie:

Wykonawca nie może zgodzić się na to, aby Zamawiający mógł odstąpić od umowy bez względu na charakter i rozmiar wady, gdyż może się okazać, że wada ma charakter jedynie estetyczny np. rysa na obudowie, co już będzie umożliwiało Zamawiającemu wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wtedy Wykonawcy pozostanie ze sprowadzonym na potrzeby Zamawiającego przedmiotem zamówienia, a dodatkowo będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Możliwość odstąpienia od umowy powinna być ograniczona jedynie do wad, które uniemożliwiają normalne korzystanie z przedmiotu umowy.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy § 5 ust. 13 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 5 punktu 13 umowy na: Zamawiający w dniu dostawy dokona sprawdzenia dostarczonego „przedmiotu umowy” pod względem zgodności z ofertą oraz sprawdzenia czy jest nowy i pozbawiony wad fizycznych.”

Uzasadnienie:

Już w momencie dostawy Zamawiający ma możliwość dokładnego zbadania dostarczonego przedmiotu zamówienia. W związku z tym, powinien zbadać przedmiot zamówienia i zgłosić ewentualne zastrzeżenia w momencie odbioru przedmiotu zamówienia. Dokonanie sprawdzenia w ciągu 14 dni kalendarzowych dni od daty dostawy sprawia, że Wykonawca nie wie, co dzieje się w tym czasie z przedmiotem zamówienia, czy nie uległ on uszkodzeniu właśnie w tym czasie, a w konsekwencji czy zgłoszone zastrzeżenia rzeczywiście obciążają Wykonawcę.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy § 6 ust. 1 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 6 punktu 1 umowy przez usunięcie zdania drugiego tego podpunktu o treści: „Niemniej, **WYKONAWCY** nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody **ZAMAWIAJĄCEGO**, ujawnić treści umowy lub informacji dostarczonej **ZAMAWIAJĄCEMU** lub na jego rzecz w związku z tą umową, jakiegokolwiek osobie trzeciej.”, ewentualnie jego zmianę na: „**WYKONAWCA** zawiadomi **ZAMAWIAJĄCEGO** każdorazowo o udostępnieniu treści umowy na rzecz osoby trzeciej.”

Uzasadnienie:

Umowa będzie zawarta w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych i jak wskazuje sam Zamawiający w zdaniu 1 § 6 ust. 1 umowy, podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tą ustawą, każdy ma prawo dostępu do informacji publicznych. Wykonawca nie może zatem uzależnić udostępnienia tych informacji od uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca musi udostępnić informacje publiczne w razie otrzymania takiego żądania. Ewentualnie, Wykonawca może informować Zamawiającego o tym, że udostępnił umowę osobie trzeciej, nie może jednak zobowiązać się do uzyskiwania zgody Zamawiającego przed udostępnieniem tych informacji.



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** BRE Bank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy §7 ust. 1 i 2 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych określonych w §7 ust. 1 i 2 z 0,5% na 0,1%?

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody

Dotyczy §7 ust. 1 i 2 umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w § 7 ust. 1 i 2 sformułowania o treści: „jednak nie więcej niż 20 % wartości umowy brutto”?

Uzasadnienie:

Niezastrzeżenie granic, do których mogą być naliczane kary umowne może skutkować tym, że po ich naliczeniu mogą one nawet przewyższyć wartość przedmiotu umowy. Granica 20 % wartości umowy brutto wynika z § 7 ust. 3 umowy, który przewiduje karę umowną w takiej wysokości na wypadek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. Skoro w takiej sytuacji Zamawiający przewidział karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy brutto, kary umowne naliczane za zwłokę w dostawie lub naprawie sprzętu również nie powinny być wyższe.

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIA Z DNIA 03.03.2015 R.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI IV - Materiały eksploatacyjne do chromatografu gazowego

PYTANIA ZŁOŻONE PRZEZ FIRME

Dotyczy Części IV, pozycja 35 i 36

1. Uprzejmie prosimy o wskazanie modelu i numeru seryjnego generatora wodoru PEAK Scientific.

Zamawiający odpowiada:

Model Precision Hydrogen 200 CC, Numer seryjny: HF 14-05-220

2. Uprzejmie prosimy o wskazanie numerów katalogowych części dotychczas używanych w generatorze wodoru PEAK Scientific (kolumna i osuszacz).

Zamawiający odpowiada:

Generator jest nowy i dotychczas nie dokonywaliśmy zakupów części.



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teled adresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** BRE Bank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO CZĘŚCI II - Rurki sorpcyjne wraz z akcesoriami do poboru próbek gazowych

PYTANIE ZŁOŻONE PRZEZ FIRME

Pytanie 1: Odnośnie części II –czy dopuszcza się kalibrator o wymiarach do 140cm/152/80cm?

Zamawiający odpowiada:

Zamawiający dopuszcza kalibrator o wymiarach jw.

Zgodnie z Art. 12 a. ust. 1 Zamawiający wydłuża termin składania ofert na dzień **10.03.2015 r. (godz. 10:00)**.

Z poważaniem

Kierownik Działu Handlowego

mgr inż. Magdalena Klimczak