



G Ł Ó W N Y Y
I N S T Y T U T U
G Ó R N I C T W A W A

Nr sprawy: FZ-1/5053/AJ/18

Katowice, dnia: 14.09.2018 r.

WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE

w celu ustalenia wartości i trybu zamówienia na dostawę: 3 000 sztuk rocznie, przez okres 2 lat zaworów gazowych do worków próbobiornych, wykonywanych w zakładzie Aerologii Górniczej GIG

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przesłanie wstępnej oferty na dostawę zaworów gazowych do worków próbobiornych. Worki próbobiornicze, do których niezbędne są zawory gazowe wykonywane są w zakładzie Aerologii Górniczej GIG. Zamawiający planuje zawarcie umowy z Wykonawcą na okres 2 lat, na dostawę 3 000 sztuk zaworów gazowych rocznie.

Oferowane zawory gazowe mają spełniać wymagania techniczne, zawarte w załączniku nr 1. Integralną częścią złożonej wstępnej oferty ma być także podpisany załącznik nr 2.

Prosimy o podanie we wstępnej ofercie następujących informacji:

- cenę netto w PLN / brutto w PLN oraz stawkę i wartość podatku VAT (całkowita cena za przedmiot zamówienia ma obejmować wszystkie koszty jego dostarczenia, w tym koszt dostawy do Zamawiającego);
- termin dostawy i warunki wykonania zamówienia;
- warunki i okres gwarancji;
- warunki płatności.

Miejsce i termin składania wstępnych ofert:

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 24.09.2018 r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

- mgr inż. Agata Juraszczyk - tel. (32) 259 25 87; - e-mail: ajuraszczyk@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WSTĘPNYCH OFERT

Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg



Nr sprawy: FZ-1/5053/AJ/18

Załącznik nr 1

Przedmiot zamówienia ma spełniać następujące wymagania:

1. Zawory mają być lekkie, o maksymalnej masie jednej sztuki 15 gramów.
 2. Zawory mają być przystosowane do umocowania na folii z tworzywa sztucznego o grubości do 1 mm.
 3. Maksymalna długość króćca pomiarowego: 75 mm.
 4. Średnica króćca wlotowego powinna być dostosowana do standardowych wężyków próbobiorczych stosowanych w chromatografii, o średnicy wewnętrznej 6 mm.
 5. Materiał z którego wykonane zostaną zawory ma być odporny na czynniki chemiczne występujące w kopalniach węgla kamiennego oraz na korozję atmosferyczną i w wodzie (np.: mosiądz, stal nierdzewna). Materiał ten musi być również niepalny i antystatyczny.
 6. Zawór ma być skonstruowany w taki sposób, aby jego zamykanie i otwieranie z wężykiem próbobiorczym nałożonym na króciec pomiarowy mogło odbywać się w wyniku obrotu worka próbobiorczego, bez konieczności ręcznego dokręcania lub odkręcania.
 7. Zawór ma zapewniać szczelność zamknięcia przy nadciśnieniu minimum 500 Pa.
-
6. Zawór ma być skonstruowany w taki sposób, aby jego zamykanie i otwieranie z wężykiem próbobiorczym nałożonym na króciec pomiarowy mogło odbywać się w wyniku obrotu worka próbobiorczego, bez konieczności ręcznego dokręcania lub odkręcania.



Nr sprawy: FZ-1/5053/AJ/18

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem danych osobowych **WYKONAWCY** jest: *Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice*
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Głównym Instytucie Górnictwa jest Pani: mgr Katarzyna Kareł, e-mail: gdpr@gig.eu.
 - Dane osobowe **WYKONAWCY** przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c RODO w celu związanym niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,
 - odbiorcami danych osobowych **WYKONAWCY** będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego
 - Dane osobowe **WYKONAWCY** będą przechowywane przez okres 4 lat
 - w odniesieniu do danych osobowych **WYKONAWCY** decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - **WYKONAWCA** posiada :
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących **WYKONAWCY** ;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **WYKONAWCY** ¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy **WYKONAWCA** uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - **WYKONAWCY** nie przysługuje:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych WYKONAWCY jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis

¹**Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

²**Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

³rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).