



G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Nr sprawy: FZ-1/4998/MKO/18

Katowice, dn. 14.06.2018 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego na dostawę elementów składowych stanowiska pomiarowego.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w zapytania ofertowego, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIE 1:

W opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II) punkcie 2 została wskazana sonda natężenia oświetlenia, która powinna być dostarczona wraz ze świadectwem wzorcowania w 3 punktach: 100lx / 500lx / 1000lx

Pytanie: w jakim laboratorium

Na czym, wg. Państwa ma polegać sprawdzenie poprawności działania suszarki po instalacji?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wzorcowanie może być przeprowadzone w laboratorium bez akredytacji.

PYTANIE 2:

2. Wskazany przez Państwa wymagany termin dostawy wynosi 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.

Czas potrzebny na sprowadzenie miernika od producenta wynosi ok. 7-10 dni roboczych, natomiast do tego należy doliczyć również czas związany z oczekiwaniem na wydanie świadectwa wzorcowania, który jest inny dla każdego typu laboratorium i waha się w granicach od 5 (bez akredytacji) do nawet 25 dni roboczych (z akredytacją).

Pytanie: Czy dopuszczają Państwo wydłużenie terminu realizacji zamówienia do:

- a) 3 tygodni w przypadku wzorcowania bez akredytacji
- b) 4-5 tygodni w przypadku wzorcowania w akredytowanej jednostce pomiarowej

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Nie dopuszczamy terminu realizacji zamówienia dłuższego niż termin zawarty w zapytaniu ofertowym.

W związku z udzielonymi odpowiedziami zamawiający nie przedłuża terminu na składanie ofert.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego

Wallenburg
mgr Monika Wallenburg