

Oznaczenie sprawy: FZ - 1/4838/AJ/17

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w ramach zapytania ofertowego z dnia 06.09.2017 r.**

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „dostawę suszarki z wymuszonym obiegiem powietrza”, wpłynęły trzy oferty z następujących firm:

1. Kendrolab Sp. z o. o. Warszawa,
2. Odczynniki Sp. z o. o. , Sp. k. Katowice,
3. VWR International Sp. z o. o. Gdańsk.

Wybrano ofertę z następującej firmy: Kendrolab Sp. z o. o. Warszawa, ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa. Oferowana cena netto: 11 596,00 PLN / brutto 14 263,08 PLN, termin płatności do: 21 dni.

Oferta została wybrana z uwagi na fakt:

oferta spełnia wymagania postawione w zapytaniu, zdobyła także maksymalną ilość punktów, tj. 100 punktów w wyznaczonych kryteriach oceny ofert (cena brutto oraz termin płatności). Wybrana oferta zapewni celowe i oszczędne wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zakupu.

Zestawienie złożonych ofert:

| Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres | Cena brutto za realizację zamówienia | Kolejność ofert wg kryteriów oceny | Całkowita liczba punktów w ustalonych kryteriach – cena brutto oraz termin płatności/ uwagi |
|---|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| Kendrolab Sp. z o. o. ul. Ciesielska 18 04-653 Warszawa | 14 263,08 PLN | 1 | 100 punktów (cena brutto: 95; termin płatności: 5) |
| Odczynniki Sp. z o. o. Sp.k. ul. Kościuszki 227 40-600 Katowice | 17 945,70 PLN | 2 | 80,51 punktów (cena brutto: 75,51; termin płatności: 5) |
| VWR International Sp. z o. o. ul. Limbowa 5 80-175 Gdańsk. | - | - | oferta odrzucona, niespełniająca wymagań technicznych: wymiary wewnętrzne (mm): głębokość wymagana maksymalna: 553,86, zaoferowana: 560; wymiary zewnętrzne (mm): wysokość wymagana maksymalna: 938,40, zaoferowana: 1030; głębokość wymagana maksymalna: 752,76, zaoferowana: 760; waga (kg): wymagana maksymalna 70, zaoferowano 91) |

Z poważaniem,
Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg

Katowice, dn. 12.10.2017 r.