

G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
telefon: 032 258 16 31÷9, fax: 032 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** Bank Pekao S.A. O/Katowice
nr 65 1240 4227 1111 0000 4841 8133
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem VAT

FZ-1/4836/SK/2017.

Katowice, dnia 6.09.2017

Odpowiedzi na pytania do wstępnego zapytania ofertowego na dostawę aparatury laboratoryjnej

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, wpłynęły do Głównego Instytutu Górnictwa zapytania dotyczące treści SIWZ, na które Zamawiający odpowiada pod pytaniem:

Dotyczy Nr sprawy: FZ-1/4836/SK/17/SW - Wstępne zapytanie ofertowe w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:

Część 3 Szafa na kwasy i zasady

1. Czy Zamawiający dopuści szafę na kwasy i zasady wykonaną z płyty laminowanej, wyłożoną wewnątrz PP oraz spełniającą pozostałe parametry wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Część 6 Suszarka laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wysokości 630 mm oraz zachowaniem pozostałych wymiarów zewnętrznych urządzenia? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

2. Czy Zamawiający dopuści suszarkę o wadze 53 kg? Jest to minimalnie większa waga od wymaganej przez Zamawiającego – różnica 3 kg. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Część 8 Destylator elektryczny

1. Czy Zamawiający dopuści destylator o wydajności ok. 4 dm³/h? Producent oferowanego urządzenia nie jest w stanie określić dokładnych wartości wydajności, gdyż ściśle zależą one od ciśnienia punktu podawania wody oraz jej jakości. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

2. Czy Zamawiający dopuści destylator o zużyciu wody ok. 50 dm³/h? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Część 22 Homogenizator

1. Czy Zamawiający dopuści homogenizator o zakresie obrotów od 4000 do 33000rpm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

2. Czy Zamawiający dopuści homogenizator o mocy silnika 1050 W? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

3. Czy Zamawiający dopuści homogenizator wyposażony w statyw o wysokości 690 mm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.


4. Czy Zamawiający dopuści homogenizator wyposażony w końcówkę rozdrabniającą wykonaną ze stali nierdzewnej? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedz Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza wszystkie proponowane urządzenia

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej


Monika Wallenburg