



G Ł Ó W N Y  
I N S T Y T U T  
G Ó R N I C T W A

- **Dane teleadresowe:** Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice  
telefon: 32 258 16 31 ÷ 9, fax: 32 259 65 33, e-mail: gig@gig.eu, www.gig.eu
- **Rachunek bankowy:** mBank S.A.  
nr 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001
- **Regon:** 000023461 **NIP:** 6340126016 **KRS:** 0000090660  
Główny Instytut Górnictwa jest płatnikiem podatku VAT

Oznaczenie sprawy: FZ-1/4722/MKO/17

Katowice, dn. 13.04.2017 r.

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego

W dniu 11.04.2017 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie dla Części I, na które odpowiadamy poniżej.

**PYTANIE 1 dla Części I Piec laboratoryjny**

„Czy Zamawiający dopuści piec laboratoryjny o wysokości komory 180 mm oraz głębokości zewnętrznej 695 mm, spełniający pozostałe wymiary wymagane przez Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie”.

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający nie dopuszcza pieca o głębokości zewnętrznej 695 mm ze względu na miejsce w pomieszczeniu i głębokość stołu na którym będzie stał piec.

Zamawiający nie dopuszcza komory o wysokości 180 mm ze względu na wysokość stosowanych przez nas naczyń, wysokość nie mniejsza niż 200 mm zapewni wygodne użytkowanie pieca, również po włożeniu dodatkowej półki.

**Zamawiający informuje, iż termin na składanie ofert nie ulega zmianie, tj. upływa dnia 19.04.2017r.**

*Z poważaniem*

*Kierownik Działu Handlowego*  
  
*mgr Monika Wallenburg*