

GLÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: glg@gig.eu, www.glg.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660



**G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A**

Nr sprawy: FZ-1/5289/SK/19/SW

Katowice, dn. 29.11.2019 r.

Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego na dostawę transformatora regulowanego do posiadanego przez Zamawiającego aparatu Sapożnikowa – „stary typ”.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający podaje odpowiedź poniżej:

PYTANIE:

Szanowni Państwo,

W związku z postępowaniem, jakie prowadzi Państwo na dostawę transformatora, bardzo proszę doprecyzowanie parametrów technicznych transformatora, celem możliwości wyceny.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Dostawa zautomatyzowanego transformatora pełniącego funkcję zasilania aparatu Sapożnikowa oraz aparatu do pomiaru ciśnienia rozprężania. Urządzenie musi posiadać następujące funkcje:

- mikroprocesorowa automatyczna regulacja temperatury w czasie zgodnie z normą PN-88/G-04545 (pomiar wskaźników plastometrycznych metodą Sapożnikowa),
- mikroprocesorowa automatyczna regulacja temperatury w czasie zgodnie z normą PN-G-04522: 1973 (pomiar ciśnienia rozprężania),
- funkcja "miękkiego startu" zabezpieczająca grzałki sytytowe przed uszkodzeniem,
- galwaniczna izolacja grzałek aparatu od napięcia sieci,
- możliwość przełączenia na ręczne sterowanie temperaturą,
- automatyczny przedmuch grzałek sytytowych strumieniem powietrza,
- zasilanie 230V 50 Hz jednofazowe,
- moc 1500 VA.

Rok produkcji aparatu Sapożnikowa – 1958.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje przedłużony do 06.12.2019r.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego
Głównego Instytutu Górnictwa

mgr Monika Wallenburg