

Nr sprawy: FZ-1/5355/MKO/20

Katowice, 24.03.2020 r.

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wstępną ofertę na dostawę: Czujników ciśnienia i temperatury.

Zakup finansowany będzie z projektu: „Nowoczesna strategia odmetanowania wykorzystująca technikę podziemnych wierceń kierunkowych w celu zapobiegania zagrożeniom i ograniczania emisji gazów cieplarnianych”, /Advanced methane drainage strategy employing underground directional drilling technology for major risk prevention and greenhouse gases emission mitigation/ Nr projektu: 847338, Program: RFCS (Fundusz Badawczy Węgla i Stali)

Opis przedmiotu zamówienia:

Przetworniki ciśnienia:

(8 szt.):

Zakres ciśnień: 0-16 bar

Dokładność: minimum 0,5 %

Przyłącze procesowe: połączenie gwintowane G 1/4"

Wyjście: 4-20mA

Maks. Temp: minimum 0...80°C

Stopień ochrony: IP65

Wtyczka forma kątowna A

Maksymalna wysokość czujnika z gwintem i przyłączem: 77mm

Wykonanie ze stali nierdzewnej

(2 szt.):

Zakres ciśnień: 0-60 bar

Dokładność: minimum 0,5 %

Przyłącze procesowe: połączenie gwintowane G 1/4"

Wyjście: 4-20mA

Maks. Temp: minimum 0...80°C

Stopień ochrony: IP65

Wtyczka forma kątowna A

Maksymalna wysokość czujnika z gwintem i przyłączem: 77mm

Wykonanie ze stali nierdzewnej

(2 szt.):

Zakres ciśnień: 0-160 bar

Dokładność: minimum 0,5 %

Przyłącze procesowe: połączenie gwintowane G 1/4"
Wyjście: 4-20mA
Maks. Temp: minimum 0...80°C
Stopień ochrony: IP65
Wtyczka forma kątowna A
Maksymalna wysokość czujnika z gwintem i przyłączem: 77mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej

Wymagania dodatkowe:

Wymagane jest aby wraz z przetwornikami dostarczony został rejestrator umożliwiający pomiar w sposób ciągły z interwałem rejestracji co najmniej 30 sekund. Wymagane przetworzenie sygnału z 10 przetworników ciśnienia wraz z modułem komunikacji pomiędzy rejestratorem, a komputerem PC. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie oprogramowania do obsługi rejestratora oraz zapisu i obróbki danych z przetworników kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10 (64 bit) oraz kompletu okablowania niezbędnego do połączenia wszystkich czujników z rejestratorem oraz z komputerem wraz z niezbędnymi zasilaczami.

Czujniki temperatury:

(8 szt.):

Pochwowa termopara typu K
Zakres pomiarowy: -40÷200°C
Przyłącze procesowe: połączenie gwintowane G 1/4"
Długość sondy pomiarowej bez gwintu (dla pochwy): 30mm
Średnica sondy pomiarowej (dla pochwy): 4mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej lub inox
Złącze termoparowe typu K
Spoina izolowana
Przewód kompensacyjny K o dł. 3m
Klasa 1

(2 szt.):

Pochwowa termopara typu K
Zakres pomiarowy: -40÷200°C
Przyłącze procesowe: połączenie gwintowane G 1/4"
Długość sondy pomiarowej bez gwintu (dla pochwy): 100mm
Średnica sondy pomiarowej (dla pochwy): 4mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej lub inox
Złącze termoparowe typu K
Spoina izolowana
Przewód kompensacyjny K o dł. 3m
Klasa 1

(2 szt.):

Pochwowa termopara typu K
Zakres pomiarowy: -40÷200°C
Przyłącze procesowe: połączenie gwintowane G 1/4"
Długość sondy pomiarowej bez gwintu (dla pochwy): 60mm
Średnica sondy pomiarowej (dla pochwy): 4mm
Wykonanie ze stali nierdzewnej lub inox
Złącze termoparowe typu K
Spoina izolowana
Przewód kompensacyjny K o dł. 3m
Klasa 1

Wymagania dodatkowe:

Wymagane jest aby wraz z czujnikami dostarczony został rejestrator umożliwiający pomiar w sposób ciągły z interwałem rejestracji co najmniej 30 sekund. Wymagane przetworzenie sygnału z 10 czujników temperatury wraz z modułem komunikacji pomiędzy rejestratorem, a komputerem PC. Dodatkowo wymagane jest dostarczenie oprogramowania do obsługi rejestratora oraz zapisu i obróbki danych z czujników kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 10 (64 bit) oraz kompletu okablowania niezbędnego do połączenia wszystkich czujników z rejestratorem oraz z komputerem wraz z niezbędnymi zasilaczami.

Należy podać:

- Cenę netto w PLN / brutto w PLN (cena winna obejmować koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia od Wykonawcy do Zamawiającego) oraz stawkę i wartość podatku VAT,
- model oferowanego sprzętu , szczegółowy opis techniczny
- Termin dostawy i warunki wykonania zamówienia,
- Okres gwarancji i rękojmi,
- Warunki płatności.

Wstępną ofertę należy złożyć na załączniku nr 1

Miejsce i termin składania ofert

Wstępną ofertę należy złożyć do dnia 01.04.2020 r. drogą elektroniczną lub w siedzibie Zamawiającego:

Główny Instytut Górnictwa
Dział Handlowy (FZ-1)
Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
adres e-mail: makolczyk@gig.eu

Kontakt handlowy:

mgr Monika Wallenburg - tel. (32) 259 25 47, e-mail: mwallenburg@gig.eu
mgr inż. Marzena Kolczyk - tel. (32) 259 23 42, e-mail: makolczyk@gig.eu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego


mgr Monika Wallenburg

Zakup finansowany będzie z projektu: „Nowoczesna strategia odmetanowania wykorzystująca technikę podziemnych wierceń kierunkowych w celu zapobiegania zagrożeniom i ograniczania emisji gazów cieplarnianych”, /Advanced methane drainage strategy employing underground directional drilling technology for major risk prevention and greenhouse gases emission mitigation/ Nr projektu: 847338, Program: RFCS (Fundusz Badawczy Węgla i Stali)

Nr sprawy: FZ-1/5355/MKO/20

Załącznik nr 1

Wstępna oferta na dostawę czujników ciśnienia i temperatury

Nazwa/Imię i Nazwisko Wykonawcy:

.....

Adres:

Nr tel.:

Nr faksu:

Adres e-mail:

Osoba do kontaktu:

Lp.	Nazwa przedmiotu zamówienia/ model/ producent/typ/PN/	Jednostka miary	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość ogółem netto w PLN	Stawka (%) podatku VAT	Kwota podatku VAT w PLN	Wartość ogółem brutto w PLN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		szt.	8					
2		szt.	2					
3		szt.	2					
4		szt.	1					
5		szt.	8					
6		szt.	2					
7		szt.	2					
8		szt.	1					
RAZEM :								

- Termin i warunki wykonania zamówienia:

- Warunki płatności:

- Okres i warunki gwarancji i rękojmi:

OŚWIADCZENIE RODO DLA WYKONAWCY

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem danych osobowych **WYKONAWCY** jest: *Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40 - 166 Katowice,*
- inspektorem ochrony danych osobowych w *Głównym Instytucie Górnictwa* jest Pani: *mgr Katarzyna Karel, e-mail: gdpr@gig.eu.*
- dane osobowe **WYKONAWCY** przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym wstępnym zapytaniem ofertowym,
- odbiorcami danych osobowych **WYKONAWCY** będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja dotycząca niniejszego wstępnego zapytania ofertowego,
- dane osobowe **WYKONAWCY** będą przechowywane przez okres 4 lat,

- w odniesieniu do danych osobowych **WYKONAWCY** decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- **WYKONAWCA** posiada :

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących **WYKONAWCY** ;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych **WYKONAWCY** ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy **WYKONAWCA** uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- **WYKONAWCY** nie przysługuje:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych **WYKONAWCY** jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

.....
Miejscowość, data

.....
Podpis

