

GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICWA

Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice

T: 32 259 20 00, F: 32 259 65 33, E: gig@gig.eu, www.gig.eu

Konto: 05 1140 1078 0000 3018 1200 1001

Regon: 000023461, NIP: 6340126016, KRS: 0000090660



**G Ł Ó W N Y
I N S T Y T U T
G Ó R N I C T W A**

FZ-1/5250/KB/20/SC

Katowice, dnia 21.05.2020

Odpowiedzi na pytania do SIWZ : dostawa materiałów laboratoryjnych:

1. **Wypożyczenie laboratoryjne**
2. **Pipety, kolumny chromatograficzne i elementy szklane**
3. **Tygle i pokrywki**

W związku z prowadzonym postępowaniem, w oparciu o Art.38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 roku, w dniu 20.05.2020 wpłynęło do nas zapytanie dotyczące treści SIWZ, części nr 2, na które odpowiadamy bezpośrednio pod pytaniem:

W SIWZ dotyczącym przetargu FZ - 1/5250/KB/20/SC
część 2 poz. 4 jest chyba błąd

Kolumna chromatograficzna (GC) DB-5MS 30mx0,25mmx0,25µm do posiadanego
przez Zamawiającego chromatografu ciekłego HPLC 1200 firmy Agilent
Technologies *)

powinno być chromatografu gazowego

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający poprawił błąd i zmienił treść poz. 4 dla części 2: Kolumna chromatograficzna (GC) DB-5MS 30mx0,25mmx0,25µm do posiadanego przez Zamawiającego chromatografu gazowego firmy Agilent Technologies *)

Zamawiający wprowadza stosowne zmiany do SIWZ w oparciu o Art. 38 ust. 4 ustawy PZP.
Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Mgr Monika Wallenburg