

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Nr sprawy: FZ - 1/5357/MKO/20

Katowice, dnia 27/05/2020r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych **na: Dostawę materiałów laboratoryjnych.**

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania przetargowego, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający, zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), podaje odpowiedź poniżej:

Pytanie :

Proszę o więcej szczegółów do poz. 8 z zapytania nr FZ-1/5357/MKO/20.

Czy to ma być zwykły korek silikonowy, czy specjalna zatyczka.

Proszę o przesłanie zdjęcia lub przykładowego producenta i numeru katalogowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby korek był w stanie szczelnie zatkać wąż gumowy/silikonowy o średnicy wewnętrznej 5-7 mm w związku z czym wymagane jest aby korek wykonany był z twardego tworzywa sztucznego, przykładowo PP. Preferowane jest aby korek posiadał kołnierz, natomiast inne pozycje które będą spełniać wymagania szczelności połączenia również będą uznane za właściwe.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający powołując się na art. 12a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), **przedłuża termin składania ofert na dzień 05.06.2020r. o godz. 10:00, otwarcie ofert nastąpi 05.06.2020 r. o godzinie 10:45.**

*Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej*



mgr Monika Wallenburg