



Nr sprawy: **FZ-1/5378/SK/20/SW**

Katowice, 15.07.2020r.

Dotyczy: Pytania do wstępnego zapytania ofertowego na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w rozeznaniem rynku, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIA:

Dzień dobry,

Szanowni Państwo,

Numer sprawy: FZ-1/5378/SK/20/SW

Dotyczy : Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania przetargowego

Część 14 /Lp.3

Termopara z cienkiego drutu o średnicy nie większej niż 0,5 mm, wykonana z metali szlachetnych.

Długość termopary 1 - 2 m. Zakres temperatury 200 - 1000°C.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zawartej w ogłoszeniu informacji.

Czy mają to być tylko druty Pt/PtRh z przeznaczeniem do budowy czujnika termoparowego?

Czy termopara ma być na końcu spojona?

Jakiego typu termopary Państwo wykorzystujecie. S(Pt-PtRh10, B(PtRh6-PtRh30), R(Pt-PtRh13

Możemy zaoferować termopary o średnicy typowej 0,35mm lub 0,5mm lub innej na życzenie:

Jakiej długości ma być termopara: 1m? 2m?

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Czy mają to być tylko druty Pt/PtRh z przeznaczeniem do budowy czujnika termoparowego?

Czy termopara ma być na końcu spojona?

Ma to być termopara zakończona elementem umożliwiającym jej podłączenie do miernika.

Jakiego typu termopary Państwo wykorzystujecie. S(Pt-PtRh10, B(PtRh6-PtRh30), R(Pt-PtRh13

Typ K

Możemy zaoferować termopary o średnicy typowej 0,35mm lub 0,5mm lub innej na życzenie:

preferowana średnica to 0,5 mm.

Jakiej długości ma być termopara: 1m? 2m?

Długość 1 m

Zamawiający informuje, iż termin składania wstępnych ofert nie ulega zmianie, tj. upływa dnia 17.07.2020r.

*Z poważaniem,
Kierownik Działu Handlowego*

Monika Wallenberg
mgr Monika Wallenberg