



Nr sprawy: FZ-1/5507/SK/21/BR

Katowice, dn. 26.02.2021r.

Dotyczy: Odpowiedź na pytanie do zapytania ofertowego na **dostawę systemu akwizycji danych typu kamera akustyczna.**

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w postępowaniem, do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które Zamawiający podaje odpowiedź poniżej:

PYTANIE:

Szanowni Państwo,

Przygotowując ofertę do zapytania FZ-1/5507/SK/21/BR znaleźliśmy zapis:

- kolumna odsłuchowa

- Dwudrożna aktywna kolumna głośnikowa ze wzmacniaczem Class D
- 8-calowy przetwornik niskotonowy o rozszerzonym paśmie
- Wysokotonowy 1-calowy przetwornik ciśnieniowy z otworem wyjściowym o średnicy 1 cala
- Moc wyjściowa 200 watów
- Wejście Mic/Line z kontrolą Volume
- Kabel

Kamera akustyczna jest urządzeniem wielokanałowym. Żeby zachować jakość odsłuchu zarejestrowanych przez system kamery dźwięków, należy je odtwarzać w odpowiedniej liczbie kanałów, nie mniejszej niż liczba kanałów mikrofonowych. Ponieważ mikrofon ambisoniczny jest urządzeniem 4 - kanałowym, w systemie powinna być możliwość odtwarzania zarejestrowanych sygnałów przynajmniej w 4 kanałach. W Zapytaniu wyspecyfikowana jest tylko jedna sztuka jednokanałowej, dwugłośnikowej kolumny odsłuchowej. Żeby zapewnić jakość całego wyspecyfikowanego systemu kamery akustycznej, powinien on być wyposażony w co najmniej 4 szt. takich kolumn odsłuchowych.

Proszę o informację, czy powinniśmy przygotować poprawną z punktu widzenia technicznego ofertę zawierającą 4 szt. kolumny odsłuchowej?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający wymaga dostawy 1 zestawu w skład którego wchodzi 4 kolumny.

Informujemy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dn. 02.03.2021r.

Z poważaniem,

Kierownik Działu Handlowego
Główny Inspektor Górniczy
Wollenburg
mgr Monika Wollenburg