



**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

Nr sprawy: **FZ - 1/5511/SK/21/SO**

Katowice, dn. 15.04.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji na: **dostawę materiałów laboratoryjnych i odczynników chemicznych.**

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania, do Zamawiającego w dniach 13-14.04.2021r. wpłynęły pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), podaje odpowiedzi poniżej:

Pytanie nr 1:

Dzień dobry,

w związku z prowadzonym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi:

1. Poz. 42 - Czy we wskazanej pozycji wystąpił błąd? Podana wysokość wskazuje na cylinder miarowy o poj. 50 ml. Zamawiający natomiast wskazuje na cylindry o poj. 20 ml, które nie występują w standardowej ofercie. Najbardziej zbliżone pojemnością cylindry 25 ml mają wysokość 160-170 mm. Proszę o doprecyzowanie pozycji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż w poz. 42 nastąpiła pomyłka – prawidłowa pojemność cylindra to 50 ml.

Pytanie nr 2:

Dzień dobry,

w związku z prowadzonym postępowaniem proszę o udzielenie odpowiedzi:

1. Poz. 54 - Jedyne produkty jakie udało się namierzyć posiadają czystość min. 99%, w związku z tym nie jesteśmy w stanie zaproponować produktu o zawartości min. 99,5%. Czy wobec tego Zamawiający zaakceptuje wzorzec o wymaganej czystości 99%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający akceptuje wzorzec o czystości min. 99%.

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi, Zamawiający na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) wprowadził następujące zmiany do załącznika nr 3 i 5 do SWZ:

1) Prawidłowy zapis w poz. nr 42 to: Cylinder pomiarowy, ze szkła typu DURAN*, wysoki, kl. A, **poj. 50 ml**, wys. 200 mm ± 5 mm

2) Prawidłowy zapis w poz. nr 54 to: Wzorzec estru metylowego kwasu heptadekanowego; **min. 99%**, do GC; op. a' 1 g.

Jednocześnie informujemy, iż poprzez wprowadzenia powyższych zmian do treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert do dnia 23.04.2021r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 23.04.2021r. o godz. 12:00.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Monika Wallenburg