



ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: **FZ-1/5513/SK/21/BCR**

Katowice, dn. 22.06.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019ze zm.) - dalej p.z.p. pn. „**Dostawa systemu 8 - komorowego spektrometru promieniowania alfa z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem, detektorami oraz źródłami kalibracyjnymi**”.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania, do Zamawiającego w dniu 07.06.2021r. wpłynęły pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), podaje odpowiedzi poniżej:

PYTANIA:

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. **Dostawa systemu 8 - komorowego spektrometru promieniowania alfa z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem, detektorami oraz źródłami kalibracyjnymi**

Znak postępowania: **FZ-1/5513/SK/21/BCR**

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, pragniemy zadać pytania, mające wpływ na konfigurację rozwiązania, jakie zamierzamy zaproponować:

1/ Czy zestaw spektrometru alfa opisany w załączniku nr 5 (Opis przedmiotu zamówienia) ma współpracować z istniejącym w Państwa laboratorium systemem spektrometru alfa ?
Pisząc współpracować, mamy na myśli możliwość zbierania on-line, w czasie rzeczywistym widm “ze starego” systemu, sterowania procesem akwizycji (definiowanie czasów pomiaru), “start-stopu” pomiaru, analizy widm z systemu “starego” i “nowego” za pomocą np. wspólnych procedur analizy ilościowej i jakościowej, ze znacznikiem lub bez, zarządzaniem kalibracjami komór “starych” i “nowych” itp., wszystko wykonywane z komputera i oprogramowanie “nowego” systemu ?

2/ Czy wymagając obecnie systemu składającego się z 8 komór próżniowych nie wykluczacie Państwo w przyszłości możliwości rozbudowy systemu o kolejne komory, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, tj. możliwość doinstalowania w przyszłości np. 2 lub 4 komór do wyspecyfikowanego systemu 8- komór, bez konieczności dublowania całego systemu (tj. zakupu kolejnego stanowiska z kasetą) ?

Jeśli taką funkcję (możliwość w przyszłości taniej rozbudowy systemu do wersji 10 lub 12 komorowej) uznacie Państwo za pożądaną, prosimy aby zaproponować w ocenie ofert dodatkowe punkty za możliwość rozbudowy systemu do 10 komór oraz kolejne za możliwość rozbudowy do 12 komór. O ile nam wiadomo, na rynku obecnie nie ma systemów mieszczących więcej niż 12 komór.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wymaga, aby zestaw spektrometru alfa opisany w załączniku nr 5 (Opis przedmiotu zamówienia) musiał współpracować z istniejącym w naszym laboratorium systemem spektrometru alfa.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyklucza w przyszłości możliwości rozbudowy systemu o kolejne 2 lub 4 komory, bez konieczności dublowania całego systemu.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w kryterium oceny ofert zaoferowane przez Wykonawcę.

Biorąc pod uwagę odpowiedź (zadanie pierwsze) na pytanie nr 2, Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) musi wprowadzić następującą zmianę do załącznika nr 5 do SWZ (zmiana zaznaczona kolorem czerwonym):

Zestaw musi składać się z 8 komór próżniowych wraz z półprzewodnikowymi detektorami krzemowymi z przedwzmacniaczami. Zestaw musi zawierać odpowiednie zawory oraz pompę próżniową umożliwiającą utrzymanie podciśnienia. Zestaw musi być sterowany zewnętrznym komputerem z dedykowanym oprogramowaniem. Wszystkie elementy modułu spektrometrycznego muszą być zabudowane w nastołowym zintegrowanym systemie **kasetowym**. **W przyszłości (jeżeli Zamawiający uzna to za pożądane) zestaw musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne komory próżniowe (np. 2 lub więcej), instalowane w nastołowym zintegrowanym systemie kasetowym, bez konieczności zakupu dodatkowej kasety.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wallenburg
mgr Monika Wallenburg



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”
nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”
Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”