

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 256
W ZWIĄZKU Z ART. 137 UST. 7 USTAWY PZP NA STRONĘ INTERNETOWĄ
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

Nr sprawy: FZ-1/5513/SK/21/BCR

Katowice, dn. 24/06/2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019ze zm.) pn. „Dostawa systemu 8 - komorowego spektrometru promieniowania alfa z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem, detektorami oraz źródłami kalibracyjnymi”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.): „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione” w związku z art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.): „W przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256”.

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania, do Zamawiającego w dniu 07.06.2021r. wpłynęły 2 pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), udzielił odpowiedzi w dniu 22.06.2021r. zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego podano poniżej:

PYTANIA:

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt. Dostawa systemu 8 - komorowego spektrometru promieniowania alfa z pompą próżniową, jednostką sterującą, oprogramowaniem, detektorami oraz źródłami kalibracyjnymi

Znak postępowania: FZ-1/5513/SK/21/BCR



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”
nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”
Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, pragniemy zadać pytania, mające wpływ na konfigurację rozwiązania, jakie zamierzamy zaproponować:

1/ Czy zestaw spektrometru alfa opisany w załączniku nr 5 (Opis przedmiotu zamówienia) ma współpracować z istniejącym w Państwa laboratorium systemem spektrometru alfa ?
Pisząc współpracować, mamy na myśli możliwość zbierania on-line, w czasie rzeczywistym widm "ze starego" systemu, sterowania procesem akwizycji (definiowanie czasów pomiaru), "start-stopu" pomiaru, analizy widm z systemu "starego" i "nowego" za pomocą np. wspólnych procedur analizy ilościowej i jakościowej, ze znacznikiem lub bez, zarządzaniem kalibracjami komór "starych" i "nowych" itp., wszystko wykonywane z komputera i oprogramowanie "nowego" systemu ?

2/ Czy wymagając obecnie systemu składającego się z 8 komór próżniowych nie wykluczacie Państwo w przyszłości możliwości rozbudowy systemu o kolejne komory, przy minimalnych nakładach inwestycyjnych, tj. możliwość doinstalowania w przyszłości np. 2 lub 4 komór do wyspecyfikowanego systemu 8- komór, bez konieczności dublowania całego systemu (tj. zakupu kolejnego stanowiska z kasetą) ?
Jeśli taką funkcję (możliwość w przyszłości taniej rozbudowy systemu do wersji 10 lub 12 komorowej) uznacie Państwo za pożądaną, prosimy aby zaproponować w ocenie ofert dodatkowe punkty za możliwość rozbudowy system do 10 komór oraz kolejne za możliwość rozbudowy do 12 komór. O ile nam wiadomo, na rynku obecnie nie ma systemów mieszczących więcej niż 12 komór.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wymaga, aby zestaw spektrometru alfa opisany w załączniku nr 5 (Opis przedmiotu zamówienia) musiał współpracować z istniejącym w naszym laboratorium systemem spektrometru alfa.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyklucza w przyszłości możliwości rozbudowy systemu o kolejne 2 lub 4 komory, bez konieczności dublowania całego systemu.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w kryterium oceny ofert zaoferowane przez Wykonawcę.

Biorąc pod uwagę odpowiedź (zadanie pierwsze) na pytanie nr 2, Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) musiał wprowadzić następującą zmianę do załącznika nr 5 do SWZ (zmiana zaznaczona kolorem czerwonym):

Zestaw musi składać się z 8 komór próżniowych wraz z półprzewodnikowymi detektorami krzemowymi z przedwzmacniaczami. Zestaw musi zawierać odpowiednie zawory oraz pompę próżniową umożliwiające utrzymanie podciśnienia. Zestaw musi być sterowany zewnętrznym komputerem z dedykowanym oprogramowaniem. Wszystkie elementy modułu spektrometrycznego muszą być zabudowane w nastołowym zintegrowanym systemie **kasetowym. W przyszłości (jeżeli Zamawiający uzna to za pożądane) zestaw musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne komory próżniowe (np. 2 lub więcej), instalowane w nastołowym zintegrowanym systemie kasetowym, bez konieczności zakupu dodatkowej kasety.**

Zamawiający udzielając odpowiedzi na pytanie nr 2 zadane przez Wykonawcę 07.06.2021r., dokonał znaczącej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym. Zamawiający udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, doprecyzował bowiem Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) dodając do niego następujący zapis (zaznaczony kolorem czerwonym): „Zestaw musi składać się z 8 komór próżniowych wraz z półprzewodnikowymi detektorami krzemowymi z przedwzmacniaczami. Zestaw musi zawierać odpowiednie



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”
nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”

zawory oraz pompę próżniową umożliwiające utrzymanie podciśnienia. Zestaw musi być sterowany zewnętrznym komputerem z dedykowanym oprogramowaniem. Wszystkie elementy modułu spektrometrycznego muszą być zabudowane w nastolowym zintegrowanym systemie **kasetowym**. **W przyszłości (jeżeli Zamawiający uzna to za pożądane) zestaw musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne komory próżniowe (np. 2 lub więcej), instalowane w nastolowym zintegrowanym systemie kasetowym, bez konieczności zakupu dodatkowej kasety.**"

W ocenie Zamawiającego powyższe doprecyzowanie OPZ spowodowało istotną zmianę charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym. Możliwość rozbudowy systemu o kolejne komory próżniowe bez konieczności zakupu dodatkowej kasety jest nową wymaganą funkcjonalnością, która rozszerza zakres pierwotnego zamówienia. Funkcjonalność ta umożliwia pomiar większej ilości próbek w tym samym czasie co przekłada się na krótszy czas wykonywanych analiz.

Zgodnie z kształtującą się literaturą przedmiotu dotyczącego nowego Prawa zamówień publicznych (np. Anna Prigan, Komentarz do art. 256, Nowe PZP, Komentarz żywy): „Art. 256 pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie w przypadku, gdy zamawiający uzna, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Zamawiający może dojść do takiego przekonania bez konieczności spełnienia jakichś szczególnych przesłanek. Jedynym warunkiem skorzystania z tej możliwości jest dokonanie unieważnienia przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed terminem składania ofert. Rozwiązanie wprowadzone w art. 256 umożliwia zamawiającym zakończenie postępowania w sytuacji wystąpienia innych okoliczności niż podstawy wymienione w art. 255, jeżeli zamawiający ocenia dalsze trwanie postępowania jako niezasadne”.

Jednocześnie zgodnie z ustawą obowiązkowe jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 256 w warunkach wskazanych w art. 90 ust. 3 i 137 ust. 7. Chodzi o sytuacje, w których zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu bądź zmiany SWZ istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia. Zgodnie z motywem 81 preambuły dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym po wszczęciu postępowania nie powinny być wprowadzane zmiany „(...) na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż kandydaci pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia dodatkowych uczestników. Taki przypadek wystąpiłby w sytuacji, gdy wprowadzane modyfikacje istotnie zmieniają charakter zamówienia lub umowy ramowej w porównaniu z charakterem pierwotnie określonym w dokumentach zamówienia (...)”.

W zaistniałej sytuacji, słusznym wydaje się stwierdzenie, że wystąpienie w/w okoliczności (doprecyzowanie przez Zamawiającego OPZ poprzez wprowadzenie wymogu nowej funkcjonalności jaką ma posiadać zamawiana aparatura, tym samym, spowodowało zmianę zakresu zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym) uzasadnia, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione i jedynym możliwym rozwiązaniem obecnej sytuacji jest unieważnienie prowadzonego postępowania przed upływem terminu składania ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Wallenburg
mgr Monika Wallenburg



Rzeczpospolita
Polska



Śląskie.

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”

nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”

Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”