



ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO WSTĘPNEGO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr sprawy: **FZ-1/5550/SK/21/SW**

Katowice, dn. 28.06.2021r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na dostawę materiałów laboratoryjnych i eksploatacyjnych do posiadanych przez Zamawiającego urządzeń.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w rozeznania rynku, do Zamawiającego wpłynęły pytania, na które Zamawiający podaje odpowiedzi poniżej:

Pytanie:

Witam.

W Państwa zapytaniu ofertowym FZ-1/5550/SK/21/SW część 13-Wzorce mam pytania do kilku pozycji:

- pozycja 5, co oznacza symbol "Wa"?
- pozycja 12,13,14-"Stały materiał odniesienia do DMA-80", czy posiadają Państwo symbole wzorców?
- pozycja Certfikowany materiał odniesienia Hg 1000mg/l (ciekły) , czy posiadają Państwo symbole wzorców?

Odpowiedź Zamawiającego:

Symbol Wa - oznacza wilgoć analityczną

Stały materiał odniesienia:

- AR3705 - około 0,16 ppm
- JK 44 - około 2,8 ppm
- WT-L - 12-3-12 - około 4,08 ppm

Ciekły: Merck 1.70226.0100

*Z poważaniem,
Kierownik Działu Handlowego*


mgr Monika Wallenburg