

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ
PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA**

Nr sprawy: **FZ - 1/5591/KB/21**

Katowice, dn. 16.11.2021r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowy bez negocjacji na: **dostawę gazów i mieszanin gazowych wraz z dzierżawą butli.**

1. Gazy techniczne i mieszaniny wraz z dzierżawą butli

2. Mieszaniny wzorcujące wraz z dzierżawą butli

. Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania, do Zamawiającego w dniu 16.11.2021r. wpłynęły pytania, na które Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.), podaje odpowiedzi poniżej:

Szanowni Państwo, proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dot. postępowania nr FZ-1/5591/KB/21.

I. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w składzie mieszanin stężenia tlenu:
Udział w składzie tlenu i innych komponentów palnych są poniżej dolnej granicy wybuchowości ,

Część nr 2, poz. 16:

H2: 1,5000, CO: 1,5000, CO2: 30,0000, O2: 20,5000 CH4: 1,0000, C2H6: 1,0000, C2H4: 1,0000, C2H2: 1,0000, C3H8: 1,0000, C3H6: 1,0000, n-C4H10: 1,0000, pentan: 1,0000, cyclopentane: 1,0000, hexane: 1,0000 , N2 balance
1x10 Liter [Vol.%]

Część nr 2, poz. 17:

H2: 0,5000, CO: 0,5000, CO2: 5,0000, O2: 10,0000, CH4: 70,0000, C2H6: 0,5000, C2H4: 0,5000, C2H2: 0,5000 C3H8: 0,5000, C3H6: 0,5000, n-C4H10: 0,5000 pentane: 0,5000, cyclopentane: 0,5000, hexane: 0,5000 , N2 balance
1x10 Liter [Vol.%]

Proponujemy w przypadku obu po 2,5% Tlenu.

II. Dodatkowo proszę o wyrażenie zgody na zmianę jednostki dla poz. 45 z litrów na Kg

I Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany

Część nr 2, poz. 16:

H2: 1,5000, CO: 1,5000, CO2: 30,0000, O2: 2,5000 CH4: 1,0000, C2H6: 1,0000, C2H4: 1,0000, C2H2: 1,0000, C3H8: 1,0000, C3H6: 1,0000, n-C4H10: 1,0000, pentan: 1,0000, cyclopentane: 1,0000, hexane: 1,0000 , N2 balance
1x10 Liter [Vol.%]

Część nr 2, poz. 17:


H₂: 0,5000, CO: 0,5000, CO₂: 5,0000, O₂: 0,0100, CH₄: 70,0000, C₂H₆: 0,5000, C₂H₄: 0,5000, C₂H₂: 0,5000 C₃H₈: 0,5000, C₃H₆: 0,5000, n-C₄H₁₀: 0,5000 pentane: 0,5000, cyclopentane: 0,5000, hexane: 0,5000, N₂ balance
1x10 Liter [Vol.%]

II Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę jednostki dla poz. 45 z litrów na Kg

Jednocześnie informujemy, iż poprzez wprowadzenia powyższych zmian do treści SWZ, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) **przedłuża termin składania ofert do dnia 19.11.2021r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 19.11.2021r. o godz. 11:00.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej


mgr Monika Wallenburg