

Nr sprawy: **FZ/5711/SK/22/JOZ**

Katowice, dn. 15.11.2022r.

Dotyczy: Wstępnego zapytania ofertowego w celu ustalenia wartości zamówienia dla planowanego postępowania na: **dostawę Systemu Ewidencji Środków Strzałowych na potrzeby GIG Katowice.**

Szanowni Państwo,

W związku z prowadzonym w/w rozeznaniem rynku, do Zamawiającego wpłynęło dnia 09.11.br. pytanie, na które Zamawiający podaje odpowiedź poniżej:

PYTANIE:

Dzień dobry,

w odniesieniu do Państwa zapytania ofertowego dotyczącego dostawy systemu ewidencji środków strzałkowych, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie oczekiwanych parametrów bądź oczekiwanego modelu dotyczącego skanera BTS.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Minimalne wymagane parametry dla skanera BTS:

- BTS musi odczytać większość powszechnie stosowanych kodów paskowych i matrycowych min.: Data Matrix (ECC 0-200), QR Code, Micro QR Code, Aztec.
- Komunikacja przez moduł WiFi.
- Powinien posiadać cechę Ex I M1 Ex ia I Ma

Informujemy, iż termin składania wstępnych ofert upływa wraz z końcem dnia 18.11.2022r.

*Z poważaniem,
Kierownik Działu Handlowego
mgr Monika Wallenburg*