

Zakup będzie realizowany z projektu:

*Termiczne procesy przetwarzania popiołów do produktów o wysokiej zawartości fosforu (Akronim projektu: PHIGO)*



Rzeczpospolita  
Polska

**NCBR**  
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

*Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET Co-fund ERA-MIN 3*

Nr sprawy: **FZ/5737/SK/23/SC**

**Katowice, 18.01.2023r.**

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na jest dostawę materiałów do przygotowania próbek do badań SEM.

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem w/w zapytania ofertowego, do Zamawiającego wpłynęło dnia 17.01.br. pytanie, na które Zamawiający podaje odpowiedź poniżej:

**PYTANIE:**

Dzień dobry!

W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym nr: FZ/5737/SK/23/SC  
Proszę o odpowiedź na następujące pytanie:

Dotyczy części 2: Materiały eksploatacyjne do posiadanej przez Zamawiającego szlifierko-polerki Struers Labo Pol 20.

- Czy zamawiający może określić typ zamawianej zawiesziny diamentowej, monokrystaliczna czy polikrystaliczna?

**ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający dopuszcza zarówno zawieszinę monokrystaliczną jak i polikrystaliczną

**Informujemy, iż termin składania ofert zostaje przedłużony i upływa dnia 20.01.2023r. o godzinie 10:00**

*Z poważaniem,  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów*

*mgr Monika Wallenburg*