

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Centrum Specjalizacji Technologicznych GIG (CST)”  
nr UDA-RPSL.01.01.00-24-03HC/19-00  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa I „Nowoczesna Gospodarka”  
Działanie 1.1 „Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza”



Rzeczpospolita  
Polska



Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Nr sprawy: FZ/5834/SK/23/SN

Katowice, dn. 13/07/2023r.

**Dotyczy: Zapytania ofertowego na dostawę drobnej aparatury laboratoryjnej**

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na stronie internetowej GIG w/w zapytania ofertowego, informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęło pytanie, na które podajemy odpowiedź poniżej:

**PYTANIE:**

Dzień Dobry,  
czy Zamawiający w części nr 1 wyrazi zgodę na pompę o przepływie 18 l/min?

**ODPOWIEŹ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie pompy o przepływie 18 l/min.  
Wymagany przepływ to min. 20 l/min.

Przypominamy, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i upływa dnia **19.07.2023r. o godzinie 10:00.**

*Z poważaniem,  
Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zakupów*

*mgr Monika Wallenburg*